

*Pieszyce; 13.06.2017r.*

*Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi endoskopowych – nr sprawy: ZP 8.7/1/06/2017*

***Do wszystkich Wykonawców***

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści Kabel elektrod neutralnych jednorazowych dł. 4,5 m, kompatybilny z aparatami Emed ES350A ?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczypiec sterylizowanych tlenkiem etylenu, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pozycji 2, 3 i 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,33 mm, długość narzędzia 2400 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igły o długości ostrza 4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie igły o długości ostrza 6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosia 5 mm do czyszczenia kanałów endoskopów i 10 mm do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu, długość robocza 2500 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 7**

Dotyczy warunków umowy § 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za opóźnienie w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia netto partii nie dostarczonej w terminie, za każdy dzień opóźnienia;”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

**Pytanie nr 9**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z warunkami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, w wysokości 5% wartości wynagrodzenia netto za część, od wykonania której Zamawiający odstąpił;”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 10**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn innych niż zawinione przez Zamawiającego – w wysokości 5% wartości umowy netto za część, od wykonania której Wykonawca odstąpił

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 5**

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto dostarczonej partii towaru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia ustalonego na usunięcie wad.”

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za część, od wykonania której Wykonawca odstąpił.”

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie 7

Dotyczy warunków umowy § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie 8

Dotyczy warunków umowy § 12 ust. 1 b i c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„...po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie 9

Dotyczy poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści w ramach poz. nr 1 alternatywnie produkt ekwiwalentny, tj. jednorazowe kleszcze biopsyjne standardowe, pojemność 9mm sześc., rozwarcie łożeczek 6,7mm, dł. szczęk 4mm, śr. 2,3mm, dł. 230cm, pokrywane teflonem, min. dwa znaczniki odległości, z igłą mocującą?

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie 10

Dotyczy poz. nr 2, 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści w ramach poz. nr 2, 3 i 4 alternatywnie produkt ekwiwalentny tj. jednorazowe pętle do polipektomii, funkcja płynnej rotacji, śr. 2,3mm, dł. 230cm, dostępne w rozmiarach:

- owalna pleciona 10, 15, 25?

### Odpowiedź:

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

### Pytanie 11

Dotyczy poz. nr 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści igły w następujących rozmiarach, dł. 230cm:

- śr. 0,5mm (25G) – dł. 4mm,
  - śr. 0,7mm (22G) – dł. 4mm, 5mm i 6mm,
  - śr. 1,0mm (19G) – dł. 6mm
- (do wyboru przy zamówieniu)?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie 12**

Dotyczy poz. nr 8

Czy Zamawiający dopuści szczotkę o śr. 6mm na obu końcach lub zestaw składający się z jednej krótkiej szczotki do portów plus jednej długiej do kanałów?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie 13**

Zadanie nr 1, poz. 1,9

Prosimy o wydzielenie szczypiec biopsyjnych oraz szczotek jednorazowego użytku do oddzielnego pakietu, co pozwoli Zamawiającemu uzyskać większą konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie 14**

Zadanie nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych sterylnych szczypiec biopsyjnych sterylizowanych EO, w opakowaniu 10 szt oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec ?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie 15**

Zadanie nr 1 poz.1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania jednorazowych sterylnych szczypiec biopsyjnych pakowanych indywidualnie, zawierających przyrząd do pobierania próbek ,( który zapakowany jest w jednym opakowaniu sterylnym wraz ze szczypcami biopsyjnymi ) z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta lub dystrybutora.

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

#### **Pytanie 16**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz 1 dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica 2,2 i 2,4mm, długość robocza 240 cm, tyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej,

osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi  
odległość, do wyboru: z igłą i bez igły, min średnica kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający w zadaniu 1 poz 2 dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, dł. robocza min 240 cm, średnica osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli: 10mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający w zad 1 poz 3 dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, dł. robocza min 240 cm, średnica osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli: 15mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 19**

Czy Zamawiający w zad 1 poz 4 dopuści pętle do polipektomii jednorazowego użytku, dł. robocza min 240 cm, średnica osłonki 2,4mm, średnica otwartej pętli: 27mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie 20**

Czy Zamawiający w zad 1 poz 5 dopuści jednorazową klipsownicę do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 235 cm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11mm, narzędzie jednoelementowe umożliwiające rotację oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zgięciu endoskopu. Osłonka plastikowa umożliwiająca schowanie całego klipsa do wnętrza. Minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie po 1 szt. gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem?

**Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Z poważaniem,

Urszula Słowik



**Fundusze  
Europejskie**  
Program Regionalny



**DOLNY  
ŚLĄSK**

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz Społeczny

