

Nr sprawy ZP 8.7/14/12/2016

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

dla przetargu nieograniczonego

na:

Dostawę narzędzi endoskopowych.

1. Przedmiot zamówienia:

Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę narzędzi do endoskopii dla SPZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach, w ilości i asortymencie szczegółowo określonym w załączniku nr2 i 2a do SIWZ, stanowiącym jednocześnie formularz asortymentowo – cenowy. Oferent powinien zapewnić pełny asortyment.

2. Dodatkowe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

- a) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2016 r.;
- b) Zamawiający wymaga, aby narzędzia wydane były w oryginalnych opakowaniach producenta;
- c) Zamawiający wymaga, aby zaoferowane narzędzia posiadały oznaczenie CE; spełniały wszystkie normy PN, posiadały wymagane świadectwa rejestracji;

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA			
I.p.	Narzędzia		
A.		J.m	Ilość op.
1.	Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki z okienkiem i z igłą mocującą; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; rozwarcie łyżeczek 6,5mm, pojemność łyżeczek 6,1mm ³ ; teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma.	op. 20szt.	10
2.	Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10mm; średnica drutu 0,3mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; długość narzędzia 2300mm; dostarczane w sterylnych pakietach; 10 sztuk w opakowaniu	op.10szt.	10
3.	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt mini-owal; średnica pętli 10 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.	op.10szt..	20
4.	Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowe jednorazowego użytku, kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.	op.10 szt.	10