

Pieszyce, 23 kwietnia 2021 roku

**Nr sprawy ZP 1/0/2021**

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na:

***Pogwarancyjną obsługę serwisową rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49100 w siedzibie Zamawiającego***

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wniosek otrzymany w dniu: 22.04.2021 r.**

**Pytanie:**

*Czy Zamawiający w ramach postępowania wymaga dostarczenia cewki nadgarstkowej do aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49100 ?*

**Odpowiedź:**

Tak, zamawiający wymaga dostarczenia cewki nadgarstkowej do aparatu rezonansu magnetycznego Magnetom Essenza 1,5T o sn. 49100, przy spełnieniu warunków wskazanych w SWZ, w szczególności pkt. III.6.h).

**Pytanie:**

*Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby szkolenia aplikacyjne były realizowane przez aplikanta posiadającego ważny certyfikat wystawiony przez producenta aparatu, potwierdzający uzyskaną wiedzę aplikacyjną oraz potwierdzający kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń ?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie określił takiego wymogu.

**Pytanie:**

*Prosimy o następującą modyfikację zapisu:*

*"Zużyte lub uszkodzone części, wymienione w czasie naprawy, zostaną zwrócone Wykonawcy."*

*Przedmiotowa prośba uzasadniona jest przepisami ochrony środowiska i troską o środowisko naturalne.*

*Wymontowane części podlegać procesowi utylizacji zostaną przekazane Wykonawcy i odesłane do producenta w celu utylizacji lub podjęcia innych działań zgodnych z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. Zwracamy uwagę, że dla Zamawiającego uszkodzone lub zużyte części zamiennie nie przedstawiają żadnej wartości i są tylko zepsutym elementem urządzenia medycznego, który należy wymienić. Z uwagi na opłaty środowiskowe, w sytuacji konieczności pozostawiania u Zamawiającego wymienionych części w trakcie naprawy, dostarczane nowe części będą droższe w stosunku do sytuacji, kiedy wymieniane w trakcie naprawy części zostaną odesłane do producenta.*

**Odpowiedź:**

Zamawiającym dokonuje stosownej zmiany SWZ.

**Pytanie:**

*Prosimy o rezygnację, względnie uznanie, że okres rękojmi jest tożsamy z okresem udzielonej gwarancji. Ograniczenie rękojmi ma na celu utrzymanie równowagi stron umowy – słuszny interes Zamawiającego jest zabezpieczony warunkami udzielonej gwarancji, a wykonawca nie będąc dodatkowo nadmiernie obciążony ryzykami z tytułu rękojmi może zaoferować korzystniejszą cenę za swoje usługi. Gwarancja pozwala Zamawiającemu skutecznie żądać usunięcia wad przedmiotu gwarancji. Części, na które*

*oferowana jest gwarancja nie są objęte rękojmią producenta, który nie będąc podmiotem polskim nie zna takiej instytucji i umowy z nim nie obejmują np. możliwości odstąpienia od umowy z powodu wad rzeczy sprzedanej. Z uwagi na powyższe Wykonawca musiałby ryzyka związane z rękojmią ponosić samodzielnie, przez co cena za oferowane usługi uwzględniająca przedmiotowe ryzyka nie mogłaby być tak korzystna. Mając na uwadze, że w profesjonalnym obrocie strony realizując swoje uprawnienia związane z wadliwością rzeczy korzystają głównie z instytucji gwarancji rzadko sięgając po uprawnienia z rękojmi, a także mając na uwadze korzystne warunki zaoferowanej gwarancji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na ograniczenie rękojmi.*

**Odpowiedź:**

Zamawiającym dokonuje stosownej zmiany SWZ.

**Pytanie:**

*Czy Zamawiający określając warunek ma na myśli, że wystarczającym jest sam fakt dysponowania takimi osobami czy oczekuje jednak, że osoby z określonymi kwalifikacjami tj. posiadające imienny certyfikat ze szkolenia dot. rezonansów Magnetom Essenza wydany przez producenta aparatu lub autoryzowanego przedstawiciela będą fizycznie wykonywały czynności serwisowe.*

**Odpowiedź:**

Zamawiającym wskazał, iż wykonawca ma dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

- uprawnienia kontrolno-pomiarowe oraz w zakresie konserwacji dla urządzeń o napięciu 1 kV na stanowisku eksploatacji (wymóg przedstawienia przed zawarciem umowy świadectwa kwalifikacyjnego Grupy 1);
- **przebyte i aktualne szkolenie u producenta sprzętu w zakresie konserwacji i napraw aparatu Magnetom Essenza (wymóg przedstawienia przed zawarciem umowy certyfikatu ze szkolenia);**
- doświadczenie w zakresie serwisowania aparatu Magnetom Essenza polegające na wykonaniu minimum 2 przeglądów aparatu Magnetom Essenza i minimum 2 napraw aparatu Magnetom Essenza.

Zapis, ten w kontekście pozostałych uregulowań SWZ np. pkt. III.6.e), oznacza, że osoba faktycznie wykonująca czynności serwisowe ma spełniać ww. warunki.