

Pieszyce, 20 sierpnia 2018 roku

Nr sprawy ZP 6.2/8/4/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia rehabilitacyjnego na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszcach.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje Wykonawców zainteresowanych złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu o zmianie następujących zapisów SIWZ:

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia - ~~kriokomory dla 2 osób~~, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego, aparatu do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B, UGUL z osprzętem, stołu rehabilitacyjnego, drabinek rehabilitacyjnych, rotoru do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojącego, rotoru do ćwiczeń kończyn górnych, tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, materacy 3-częściowy, wanny do kąpieli kończyn górnych, wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią, bieżni elektrycznej, rowerów stacjonarnych, diatermii krótkofalowej, aparatu do laseroterapii, aparatu do elektroterapii - szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

V. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt. 1 oraz 4 ustawy PZP;
 - 2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
 - 2.1) zdolności technicznej lub zawodowej;
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę Urządzeń tożsamyh z przedmiotem zamówienia (np. ~~kriokomory dla 2 osób~~, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego, aparatu do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B, UGUL z osprzętem, stołu rehabilitacyjnego, drabinek rehabilitacyjnych, rotoru do ćwiczeń kończyn dolnych wolnostojącego, rotoru do ćwiczeń kończyn górnych, tablicy do ćwiczeń manualnych dłoni z oporem, materacy 3-częściowy, wanny do kąpieli kończyn górnych, wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią, bieżni elektrycznej, rowerów stacjonarnych, diatermii krótkofalowej, aparatu do laseroterapii, aparatu do elektroterapii) o łącznej wartości co najmniej 100 000,00 złotych, oraz że wykonał je w sposób należyty.

XV. Wymagania dotyczące wadium.

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na cały przedmiot zamówienia, w wysokości **2 500,00 zł.**

XX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

4. Zamawiający dokona obliczenia punktów dla kryterium Gwarancja (G):
 - a) 24 m-c – 0 pkt;

b) od 25 do 36 m-c – 15 pkt;

c) powyżej 36 – 30 pkt.

Kryterium dotyczy: ~~kriokomory dla 2 osób~~, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego, aparatu do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B, UGUL z osprzętem, stołu rehabilitacyjnego, wanny do kąpieli kończyn górnych, wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią, bieżni elektrycznej, rowerów stacjonarnych, diatermii krótkofalowej, aparatu do laseroterapii, aparatu do elektroterapii.

5. Zamawiający dokona obliczenia punktów dla kryterium Serwis (S):

a) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Urządzenia 24 h i powyżej od zgłoszenia awarii – 0 pkt;

b) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii Urządzenia poniżej 24 h od zgłoszenia awarii – 10 pkt.

Wykonawca w kryterium Serwis (S) może uzyskać maksymalnie 10 punktów.

Kryterium dotyczy: ~~kriokomory dla 2 osób~~, aparatu do ultradźwięków 1- kanałowego, aparatu do naświetlania promieniami podczerwonymi w zakresie IR-A i IR-B, UGUL z osprzętem, stołu rehabilitacyjnego, wanny do kąpieli kończyn górnych, wanny do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa, wanny do hydromasażu z biczem i koloroterapią, bieżni elektrycznej, rowerów stacjonarnych, diatermii krótkofalowej, aparatu do laseroterapii, aparatu do elektroterapii.

Ponadto Zamawiający uwzględnił powyższe zmiany w załącznikach do SIWZ. Załączniki zostały opublikowane na stronie: www.przychodniapieszce.eu