

Pieszyce, 19 listopada 2018 roku

Nr: ZP 6.2/10/2/2018

Dotyczy postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego: Zakup sterylizatora na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącego powyższego przetargu Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek otrzymany w dniu: 16.11.2018 r.

Pytanie 1 do 18 :

1. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości 72 cm.
2. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o szerokości 85,7 cm.
3. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o głębokości 118 cm.
4. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o głębokości 128,6 cm.
5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wymiarach komory 384 x 758 mm (średnica x głębokość).
6. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o objętości komory 85 L mieszczącego jedną standardową jednostkę wsadową.
7. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o możliwości załadunku 30 kg narzędzi.
8. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia o wadze 340 kg.
9. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia stanowiącego jedną całość z szafką, w której znajdują się zbiorniki na wodę procesową (demineralizowaną) oraz kondensat.
10. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia z możliwością instalacji dedykowanej stacji odwrótnej osmozy obok autoklawu.
11. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania mobilnego urządzenia nie wymagającego podłączania do instalacji sanitarnych – mogącego działać jako urządzenie „plug & play” z wewnętrznym zbiornikiem na wodę demineralizowaną oraz kondensat.
12. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w membranową (nie zużywającą wody) pompę próżniową.
13. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez kontroli wilgotności wsadu i bez możliwości i automatycznego dopasowania czasu suszenia.
14. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w drzwi otwierające się w taki sposób, aby światło komory nie było przesłonięte przez drzwi.
15. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez żądania decyzji o zwolnieniu wsadu i bez zapisu tej decyzji z danymi cyklu.
16. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w czytelny, kolorowy, graficzny ekran o przekątnej 3,5 cala sterowany intuicyjnie za pomocą 3 klawiszy z wizualnymi oznaczeniami etapu cyklu (każdy z etapów oznaczony innym kolorem).
17. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez zintegrowanego pomiaru jakości wody.
18. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia bez zintegrowanego pomiaru jakości wody, wyposażonego w urządzenie pomiarowe (konduktometr) do badania jakości wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany.

19. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w porty RS232 oraz Ethernet do bezpośredniego podłączenia do sieci komputerowej lub drukarki zewnętrznej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, urządzenia wyposażonego w porty RS232 oraz Ethernet do bezpośredniego podłączenia do sieci komputerowej lub drukarki zewnętrznej.

20. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia wyposażonego w wiele bardziej uniwersalny port USB (niż karty CF wymagane przez Zamawiającego) umożliwiające zapis protokołów oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania autoklawu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, urządzenia wyposażonego w wiele bardziej uniwersalny port USB umożliwiające zapis protokołów oraz przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania autoklawu.

21. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania urządzenia nie spełniającego normy EN1717 – nie odnosi się ona do urządzeń tego typu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, nie spełniającego normy EN1717.